


附表 1

甘肃省中医院新增单一来源卫生材料购置申请表

申请科室：麻醉疼痛医学中心

序号	材料名称	规格	注册证号	单位	数量	单价 (元)
1	圣宁 醇类复合 (II) 消毒剂	300ml	(津)卫消证字 (2012)第 0407 号	瓶	1	160/瓶
生产厂家:		天津圣宁生物科技有限公司				
购置理由: 因院感需求, 患者使用后的麻醉机、呼吸机回路需进行消毒处理, 目前使用的麻醉管路消毒机无匹配的消毒液, 现申请购买此类消毒液。						
申请科室主任意见:  2025 年 4 月 15 日						
医务处意见:   2025 年 4 月 23 日						
收费科意见:  2025 年 4 月 23 日						
业务主管院长意见:  2025 年 4 月 29 日						
药学部意见:  2025 年 5 月 15 日						
审核采购价格 (元):		同类产品: 有 ☐ 无 ☐		 2025 年 5 月 15 日		
药学部主管院长意见:  2025 年 5 月 15 日						
招标采购科主管院长意见:  2025 年 5 月 19 日						
招标采购科意见:  2025 年 5 月 21 日						

关于麻醉机、呼吸管路消毒剂（耗材/配件名称）
单一来源采购的情况说明

院领导、药学部、招标采购科：

麻醉疼痛医学中心购置的设备麻醉机、呼吸管路消毒机所需消毒液（耗材/配件名称<品种多时请附件>）属于专机专用耗材/配件，醇类复合（II型）消毒剂生产企业为天津圣宁生物科技有限公司，其授权甘肃时代天创商贸有限责任公司、13919237888（经销商名称、联系方式）为该产品在甘肃省中医院的唯一代理商。

因此，特申请对醇类复合（II型）消毒剂（耗材/配件名称）采用单一来源采购形式招标采购。参考价：160/瓶。

妥否，请批示。

申请科室负责人：



2025 年 4 月 15 日

单一来源医用耗材申购专家论证表

主管部门	药剂科			
使用科室	麻醉疼痛医学中心			
项目名称	醇类复合（II型）消毒剂			
项目金额	160/瓶			
专家 1 论证意见	麻醉机、呼吸机内部回路消毒机设备所需醇类复合（II型）消毒剂耗材属于专用耗材，其他品牌无法匹配，必须采用单一来源采购。			
	专家姓名	张中玲	职称	主任医师
	工作单位	甘肃中医药大学附属医院	电话	13893386405
专家 2 论证意见	麻醉机、呼吸机内部回路消毒机设备所需醇类复合（II型）消毒剂耗材属于专用耗材，其他品牌无法匹配，必须采用单一来源采购。			
	专家姓名	刘向东	职称	主任医师
	工作单位	甘肃中医药大学附属医院	电话	13919186360
专家 3 论证意见	麻醉机、呼吸机内部回路消毒机设备所需醇类复合（II型）消毒剂耗材属于专用耗材，其他品牌无法匹配，必须采用单一来源采购。			
	专家姓名	王强	职称	主任医师
	工作单位	甘肃省第二人民医院	电话	13873615973
律师 论证意见	本项目没有违反《政府采购法》《招标投标法》的强制性规定。			
	专家姓名	张中玲	职称	律师
	工作单位	甘肃经邦律师事务所	电话	15020505029
时间				

备注：若项目论证有附页，请专家在附页签字确认。

甘肃省中医院麻醉疼痛医学中心单一来源专家论证表

一、基本情况

申请单位	甘肃省中医院麻醉疼痛医学中心
拟采购产品名称	醇类复合（II型）消毒剂

二、论证内容

根据院感要求，特殊感染患者及使用后麻醉机与呼吸机回路需定期进行消毒处理，目前使用的麻醉管路消毒机消毒液只有该设备厂家独家供应，因科室急需使用，现申请采用单一来源购置专用消毒液（复合醇类消毒液）

三、专家论证意见

同意单一来源采购

日期： 2025 年 4 月 15 日

授权书 Authorization Letter

授权编号：20251011

兹授权：甘肃时代天创商贸有限公司 为
天津市圣宁生物科技有限公司经销商

授权经销产品：圣宁® 醇类复合（II型）消毒剂

授权医院：甘肃省中医院

授权有效期：自2025年01月01日
至2025年12月31日

天津市圣宁生物
科技有限公司
天津市圣宁生物科技有限公司
公司总经理：张 军
2025年01月01日